

Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS/BIOLISA RUBÉOLA IGG DBS/BIOLISA RUBELLA IGG DBS**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K276**

LOTE/Lot: **8**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **09/2025**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **09/2026**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360434**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

| Parâmetros Parametros / Parameter: | Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range: | Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results: |
|---|---|---|
| ANÁLISE FUNCIONAL ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | CONFORME De acuerdo/According |
| ASPECTOS VISUAIS ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS | Dentro dos limites internos Dentro de límites internos/Within internal limits | CONFORME De acuerdo/According |
| ABSORBÂNCIA BRANCO ABSORBENCIA BLANCA/WHITE ABSORBANCE | < 0,100 | 0,014 |
| ABSORBÂNCIA PADRÃO A ABSORBANCIA ESTÁNDAR A/ABSORBANCE STANDARD A | < 0,100 | 0,013 |
| ABSORBÂNCIA PADRÃO B ABSORBANCIA ESTÁNDAR B/ABSORBANCE STANDARD B | > 0,200 e < 0,600 | 0,407 |
| ABSORBÂNCIA PADRÃO C ABSORBANCIA ESTÁNDAR C/ABSORBANCE STANDARD C | > B e < D | 0,580 |
| ABSORBÂNCIA PADRÃO D ABSORBANCIA ESTÁNDAR D/ABSORBANCE STANDARD D | > C e < E | 1,172 |

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| ABSORBÂNCIA PADRÃO E ABSORBANCIA ESTÁNDAR E/ABSORBANCE STANDARD E | > 1,200 | 2,595 |
| ABSORBÂNCIA CONTROLE NEGATIVO DBS CONTROL DE ABSORBANCIA NEGATIVA DBS/ABSORBANCE NEGATIVE DBS CONTROL | < 0,150 | 0,016 |
| ABSORBÂNCIA CONTROLE POSITIVO DBS CONTROL DE ABSORBANCIA DBS POSITIVO/ABSORBANCE CONTROL POSITIVE DBS | > 0,500 | 3,249 |

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 26/09/2025

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG