

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **SÍFILIS BIO**  
Cód. Referência: **K181**  
Lote: **33**  
Fabricação: **04/2020**  
Validade: **11/2021**  
Registro ANVISA: **10269360308**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SH01	10852019	Positivo	Positivo
SH02	1442020	Negativo	Negativo
SH03	1452020	Negativo	Negativo
SH04	1462020	Negativo	Negativo
SH05	1472020	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 14/04/2020



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade