


**Controle da Qualidade  
Certificado de Análise**Produto: **SÍFILIS BIO**Lote: **0040**Fabricação: **09/2020**Validade: **09/2022**Registro ANVISA: **10269360308**Código: **K181****RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE**

| Análise                                | Material                           | Número de Amostras | Parâmetro Analisado                         | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Desempenho Técnico                     | Soro/Plasma/Sangue Total           | 89 Amostras        | Velocidade de migração                      | < 15 min           | < 15 min             |
|                                        | Soro/Plasma/Sangue Total           | 89 Amostras        | Background de Leitura após tempo de corrida | Branco/Claro       | Branco/Claro         |
| Sensibilidade e Especificidade Clínica | Amostras verdadeiramente positivas | 44 Amostras        | Sensibilidade/Especificidade                | >99,9%             | 100%                 |
|                                        | Amostras verdadeiramente negativas | 39 Amostras        | Sensibilidade/Especificidade                | >99,9%             | 100%                 |
|                                        | Painel de Soros Controles          | 06 Amostras        | Sensibilidade/Especificidade                | >99,9%             | 100%                 |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 23/12/2020

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade**SAC** Serviço de  
Assessoria ao Cliente  
**0800 031 5454**  
[sac@bioclin.com.br](mailto:sac@bioclin.com.br)