



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **SANGUE OCULTO**
Cód. Referência: **K129**
Lote: **24**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360202**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
FH 01	14162022	Negativo	Negativo
FH 02	14152022	Negativo	Negativo
FH 03	14192022	Negativo	Negativo
FH 04	14142022	Negativo	Negativo
FH 05	14132022	Negativo	Negativo
FH 06	14172022	Negativo	Negativo
FH 07	5892023	Negativo	Negativo
FH 08	5902023	Negativo	Negativo
FH 09	5912023	Negativo	Negativo
FH 10	5922023	Negativo	Negativo
FH 11	2662023	Negativo	Negativo
FH 12	14222022	Positivo	Positivo
FH 13	14232022	Positivo	Positivo
FH 14	14212022	Positivo	Positivo
FH 15	14252022	Positivo	Positivo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 02/06/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br