



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **SILICATO**
Cód. Referência: **F007**
Lote: **28**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **04/2025**
Registro ANVISA:

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
ÁGUA POTÁVEL 01	ÁGUA POTÁVEL 01	0,386	0,372
ÁGUA POTÁVEL 02	ÁGUA POTÁVEL 02	0,360	0,319
ÁGUA POTÁVEL 03	ÁGUA POTÁVEL 03	0,323	0,331
ÁGUA PURIFICADA 01	ÁGUA PURIFICADA PU6	0,010	0,003
ÁGUA PURIFICADA 02	ÁGUA PURIFICADA PU3	0,010	0,004

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br