

## Certificado de Análise Controle da Qualidade


Produto: **SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE CÉLULAS**  
Cód. Referência: **L005**  
Lote: **114**  
Fabricação: **12/2020**  
Validade: **12/2021**  
Registro ANVISA: **10269360161**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PH	SOL. LIMPEZA CÉLULAS	13,500	13,380

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/12/2020



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade



**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br