

Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE CÉLULAS**
Cód. Referência: **L005**
Lote: **126**
Fabricação: **08/2021**
Validade: **08/2022**
Registro ANVISA: **10269360161**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PH	SOL. LIMPEZA CÉLULAS	13,500	13,440

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/08/2021

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade



SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br