

Certificado de Análise

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE CELULAS/SOLUCIÓN DE LIMPIEZA DE CELDAS/CELL CLEANING SOLUTION**REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **L005**LOTE/Lot: **172**FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **10/2023**VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **10/2024**REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360161**

Controle de Qualidade do Produto

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros	Faixa aceitável	Resultados do lote
Parametros / Parameter:	Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados por lotes / Lot results:
ASPECTOS VISUAIS	Dentro dos limites internos	CONFORME
ASPECTOS VISUALES/VISUAL	Dentro de límites internos/Within internal limits	De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 24/10/2023



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG