



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO
Cód. Referência: L006
Lote: 61
Fabricação: 09/2023
Validade: 09/2024
Registro ANVISA: 10269360163

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
ANEL DE ESPUMA	SOL.LIMP.EQUIPAMENTO AUTOMATICO	4,000	3,200

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 04/09/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br