



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TP BIOCLIN**
Cód. Referência: **K089**
Lote: **49**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360151**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0032	12,400	12,867
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0031	15,900	16,633
PH01	10662022	12,900	13,400
PH02	10672022	11,900	12,433
PH03	10682022	12,800	12,833
PH04	10692022	12,300	13,267
PH05	10702022	13,100	13,767

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/10/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br