



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TP BIOCLIN**
Cód. Referência: **K089**
Lote: **50**
Fabricação: **12/2022**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360151**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0033	12,700	12,533
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0032	16,600	16,300
PH01	13942022	12,600	12,667
PH02	13952022	12,200	12,267
PH03	13962022	13,600	13,433
PH04	13972022	13,200	12,800
PH05	13982022	13,200	13,100

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 21/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br