



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TP BIOCLIN**
Cód. Referência: **K089**
Lote: **51**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **06/2024**
Registro ANVISA: **10269360151**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0034	11,900	11,767
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0033	17,200	17,233
PH01	1852023	12,200	12,333
PH02	1862023	12,700	12,233
PH03	1872023	15,000	13,900
PH04	1882023	14,000	13,767
PH05	1892023	13,700	13,500

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 01/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br