



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TP BIOCLIN**
Cód. Referência: **K089**
Lote: **52**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360151**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0034	11,900	12,600
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0033	17,200	19,467
PH01	7592023	11,900	11,867
PH02	7602023	12,700	13,267
PH03	7612023	12,800	13,200
PH04	7622023	12,100	12,567
PH05	7632023	12,000	12,400

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br