



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: TP BIOCLIN
Cód. Referência: K089
Lote: 53
Fabricação: 06/2023
Validade: 10/2024
Registro ANVISA: 10269360151

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0035	12,000	11,967
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0034	20,300	21,600
PH01	7592023	12,700	12,800
PH02	7602023	13,700	13,800
PH03	7612023	13,700	13,900
PH04	7622023	12,700	12,733
PH05	7632023	12,700	13,167

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/06/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br