



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TP BIOCLIN**
Cód. Referência: **K089**
Lote: **54**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360151**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0035	12,000	12,567
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0034	20,300	21,100
PH01	7592023	14,600	14,600
PH02	7602023	13,367	13,133
PH03	7612023	14,067	13,967
PH04	7622023	14,433	14,300
PH05	7632023	14,167	14,167

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br