

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: TP BIOCLIN

Cód. Referência: K089

Lote: **55**

Fabricação: 09/2023

Validade: 01/2025

Registro ANVISA: 10269360151

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0036	13,9	14,0
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0035	22,5	19,6
PH01	12162023	13,3	13,9
PH02	12172023	13,6	14,5
PH03	12182023	13,5	14,1
PH04	12192023	12,9	13,1
PH05	1220203	13,6	14,1

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico in vitro.

Data: 26/09/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica Controle de Qualidade



