



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA**

Cód. Referência: **K049**

Lote: **108**

Fabricação: **11/2022**

Validade: **02/2024**

Registro ANVISA: **10269360145**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	24,000	23,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	180,000	175,667
SORO HUMANO 01	12212022	36,333	36,000
SORO HUMANO 02	12382022	25,000	25,000
SORO HUMANO 03	12222022	69,000	70,000
SORO HUMANO 04	12312022	26,000	26,333
SORO HUMANO 05	10922022	19,000	19,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br