



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA**

Cód. Referência: **K049**

Lote: **109**

Fabricação: **05/2023**

Validade: **08/2024**

Registro ANVISA: **10269360145**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	24,000	25,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	180,000	191,000
SORO HUMANO 01	3692023	21,000	19,667
SORO HUMANO 02	5392023	14,000	13,333
SORO HUMANO 03	3712023	45,000	44,667
SORO HUMANO 04	3722023	37,667	43,667
SORO HUMANO 05	3732023	70,333	73,667
SORO HUMANO 06	3482023	57,000	57,333
SORO HUMANO 07	4342023	5,667	5,667
SORO HUMANO 08	4232023	31,000	31,000
SORO HUMANO 09	3582023	23,000	21,667
SORO HUMANO 10	4212023	110,000	110,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br