



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA**
Cód. Referência: **K049**
Lote: **110**
Fabricação: **08/2023**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360145**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	37,000	39,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	177,000	180,667
SORO HUMANO 01	6832023	171,667	175,000
SORO HUMANO 02	6852023	12,000	12,000
SORO HUMANO 03	7122023	10,000	10,000
SORO HUMANO 04	7132023	18,000	18,000
SORO HUMANO 05	7162023	11,000	11,000
SORO HUMANO 06	7432023	23,333	23,333
SORO HUMANO 07	7482023	28,667	29,333
SORO HUMANO 08	7492023	8,333	8,333
SORO HUMANO 09	7502023	22,667	23,333
SORO HUMANO 10	6702023	173,667	175,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/08/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br