



## Certificado de Análise

### CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO/ Producto / Product: **TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA/TRANSAMINASA ALT (GPT) CINETICO/ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT) KINETIC**

REFERÊNCIA/ Referencia/ Reference: **K049**

LOTE/Lot: **127**

FABRICAÇÃO/ Fabricación (Mes/Año) /Manufacturing (Month/Year): **02/2026**

VALIDADE/ Fecha de caducidad (Mes/Año) / Expiration date (Month/Year): **05/2027**

REGISTRO NA ANVISA/Anvisa Brazil: **10269360145**

### Controle de Qualidade do Produto

#### CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO / PRODUCT QUALITY CONTROL

Parâmetros Parametros / Parameter:	Faixa aceitável Rango aceptable / Acceptable range:	Resultados do lote Resultados por lotes / Lot results:
<b>ANÁLISE FUNCIONAL</b> ANÁLISIS FUNCIONAL/FUNCTIONAL ANALYSIS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>ASPECTOS VISUAIS</b> ASPECTOS VISUALES/VISUAL ASPECTS	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>LINEARIDADE</b> LINEALIDAD/LINEARITY	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>FATOR DE CALIBRAÇÃO</b> FACTOR DE CALIBRACIÓN /CALIBRATION FACTOR	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>0,1926</b>
<b>CONTROLE NÍVEL 1</b> CONTROL DE NIVEL 1/LEVEL 1 CONTROL	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According
<b>CONTROLE NÍVEL 2</b> CONTROL DE NIVEL 2/LEVEL 2 CONTROL	<b>Dentro dos limites internos</b> Dentro de límites internos/Within internal limits	<b>CONFORME</b> De acuerdo/According

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.

Data/Fecha (Dia/Mes/Año)/Date (Day/Month/Year): 25/02/2026

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

Controle de Qualidade Bioclin/Control de la Calidad Bioclin/ Bioclin Quality Control

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG