



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA**
Cód. Referência: **K048**
Lote: **112**
Fabricação: **12/2022**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360119**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	20,000	22,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	197,000	186,333
SORO HUMANO 01	12092022	51,000	47,000
SORO HUMANO 02	12102022	184,000	194,000
SORO HUMANO 03	12112022	30,000	29,000
SORO HUMANO 04	12122022	21,000	21,000
SORO HUMANO 05	12132022	112,000	118,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br