



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA**

Cód. Referência: **K048**

Lote: **113**

Fabricação: **01/2023**

Validade: **04/2024**

Registro ANVISA: **10269360119**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	22,000	22,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	197,000	181,667
SORO HUMANO 01	14832022	27,000	25,000
SORO HUMANO 02	14522022	19,000	17,000
SORO HUMANO 03	14722022	44,000	41,333
SORO HUMANO 04	14842022	24,000	22,333
SORO HUMANO 05	15082022	22,000	20,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 30/01/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br