



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA**  
Cód. Referência: **K048**  
Lote: **114**  
Fabricação: **04/2023**  
Validade: **07/2024**  
Registro ANVISA: **10269360119**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SORO CONTROLE 01          | BIOCONTROL N LOTE 0077 | 20,000             | 21,000               |
| SORO CONTROLE 02          | BIOCONTROL P LOTE 0058 | 193,000            | 193,333              |
| SORO HUMANO 01            | 4392023                | 56,000             | 58,000               |
| SORO HUMANO 02            | 3732023                | 80,000             | 84,667               |
| SORO HUMANO 03            | 3702023                | 18,667             | 18,667               |
| SORO HUMANO 04            | 3692023                | 13,000             | 13,333               |
| SORO HUMANO 05            | 3722023                | 27,333             | 28,333               |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/04/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br