



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA**

Cód. Referência: **K048**

Lote: **115**

Fabricação: **06/2023**

Validade: **09/2024**

Registro ANVISA: **10269360119**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	34,000	35,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	193,000	199,333
SORO HUMANO 01	6882023	31,333	30,000
SORO HUMANO 02	6902023	21,333	22,000
SORO HUMANO 03	6922023	30,000	29,667
SORO HUMANO 04	7032023	43,333	42,333
SORO HUMANO 05	7102023	32,667	31,667
SORO HUMANO 06	7142023	35,000	35,000
SORO HUMANO 07	7342023	26,333	26,000
SORO HUMANO 08	7352023	23,000	22,000
SORO HUMANO 09	7362023	125,667	122,333
SORO HUMANO 10	6972023	31,333	29,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 07/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br