



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA**

Cód. Referência: **K048**

Lote: **116**

Fabricação: **08/2023**

Validade: **11/2024**

Registro ANVISA: **10269360119**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	34,000	34,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	193,000	190,667
SORO HUMANO 01	11272023	19,000	18,667
SORO HUMANO 02	11282023	18,000	20,333
SORO HUMANO 03	11292023	16,000	17,000
SORO HUMANO 04	11302023	22,000	24,000
SORO HUMANO 05	11312023	15,000	18,000
SORO HUMANO 06	11322023	32,000	37,000
SORO HUMANO 07	11332023	34,000	39,000
SORO HUMANO 08	11342023	19,000	20,000
SORO HUMANO 09	11352023	33,000	33,667
SORO HUMANO 10	11362023	33,000	32,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/09/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br