



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSFERRINA**
Cód. Referência: **K114**
Lote: **26**
Fabricação: **07/2022**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360186**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	5992022	307,200	316,190
SORO HUMANO 02	6002022	224,190	226,420
SORO HUMANO 03	6012022	193,380	198,800
SORO HUMANO 04	6022022	316,160	325,593
SORO HUMANO 05	6032022	253,640	258,270

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 19/07/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br