



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSFERRINA**
Cód. Referência: **K114**
Lote: **27**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **11/2024**
Registro ANVISA: **10269360186**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0008	138,900	138,147
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0007	274,600	276,060
SORO HUMANO 01	10082022	213,727	214,803
SORO HUMANO 02	10092022	195,377	195,453
SORO HUMANO 03	10102022	150,320	151,187
SORO HUMANO 04	10122022	210,723	212,650
SORO HUMANO 05	12182022	165,230	165,497

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 18/11/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br