



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRANSFERRINA**
Cód. Referência: **K114**
Lote: **28**
Fabricação: **05/2023**
Validade: **05/2025**
Registro ANVISA: **10269360186**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SCTURB 01	MULTICONTROL 1 LOTE 0009	136,900	135,970
SCTURB 02	MULTICONTROL 2 LOTE 0008	282,000	275,717
SORO HUMANO 01	4172023	232,560	231,910
SORO HUMANO 02	4272023	261,420	255,147
SORO HUMANO 03	4302023	210,040	207,607
SORO HUMANO 04	4312023	213,900	214,087
SORO HUMANO 05	4322023	225,240	227,297

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 09/05/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br