



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRIGLICERIDES MONOREAGENTE**

Cód. Referência: **K117**

Lote: **37**

Fabricação: **07/2023**

Validade: **10/2024**

Registro ANVISA: **10269360193**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	69,000	66,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	299,000	298,333
SORO HUMANO 01	7022023	181,000	181,667
SORO HUMANO 02	6912023	77,000	78,667
SORO HUMANO 03	7372023	102,667	104,333
SORO HUMANO 04	6812023	133,333	136,000
SORO HUMANO 05	6822023	170,333	172,333
SORO HUMANO 06	4232023	151,667	153,333
SORO HUMANO 07	6702023	189,667	190,000
SORO HUMANO 08	6912023	144,333	146,333
SORO HUMANO 09	6742023	138,000	140,333
SORO HUMANO 10	6962023	306,333	308,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 28/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br