



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TRIGLICERIDES MONOREAGENTE**

Cód. Referência: **K117**

Lote: **38**

Fabricação: **10/2023**

Validade: **01/2025**

Registro ANVISA: **10269360193**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0079	69,000	69,333
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	299,000	314,333
SORO HUMANO 01	11722023	173,000	174,667
SORO HUMANO 02	12532023	156,000	156,333
SORO HUMANO 03	12522023	205,667	204,000
SORO HUMANO 04	12432023	259,000	257,667
SORO HUMANO 05	11612023	151,000	152,000
SORO HUMANO 06	12592023	150,667	151,000
SORO HUMANO 07	12552023	181,333	179,667
SORO HUMANO 08	12632023	125,667	124,000
SORO HUMANO 09	11712023	208,000	206,000
SORO HUMANO 10	12572023	80,333	78,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 30/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br