



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TROPONINA I**
Cód. Referência: **K085**
Lote: **30**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **03/2024**
Registro ANVISA: **10269360147**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SANGUE TOTAL 01	0022023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 01	13652022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	13662022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	14712022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 04	14722022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	14732022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	14742022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	14752022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	14762022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 09	14772022	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 10	14782022	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 05/01/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br