



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TTPA BIOCLIN**
Cód. Referência: **K090**
Lote: **43**
Fabricação: **09/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360152**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0032	39,600	39,200
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0031	60,500	59,700
PH01	11772022	33,200	30,900
PH02	11782022	31,633	30,167
PH03	11792022	41,200	38,233
PH04	11802022	36,400	32,633
PH05	11812022	33,133	30,100

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/10/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br