



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **TTPA BIOCLIN**  
Cód. Referência: **K090**  
Lote: **44**  
Fabricação: **02/2023**  
Validade: **06/2024**  
Registro ANVISA: **10269360152**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                           | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| PC01                      | BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0034 | 37,800             | 40,100               |
| PC02                      | BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0033 | 69,500             | 62,133               |
| PH01                      | 1852023                           | 33,600             | 30,950               |
| PH02                      | 1862023                           | 33,500             | 31,367               |
| PH03                      | 1872023                           | 36,800             | 34,700               |
| PH04                      | 1882023                           | 40,400             | 38,700               |
| PH05                      | 1892023                           | 35,100             | 32,800               |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/02/2023

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07  
QUIBASA - Química Básica Ltda.  
Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - CEP 31565-130  
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br