

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **TTPA BIOCLIN**  
Cód. Referência: **K090**  
Lote: **45**  
Fabricação: **08/2023**  
Validade: **08/2024**  
Registro ANVISA: **10269360152**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PH01	10782023	29,100	28,300
PH02	10792023	25,700	26,800
PH03	10802023	30,600	26,767
PH04	10812023	30,700	27,633
PH05	10802023	36,000	33,600

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/08/2023



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade