



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **TTPA BIOCLIN**
Cód. Referência: **K090**
Lote: **46**
Fabricação: **09/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360152**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
PC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N LOTE 0036	33,300	33,667
PC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P LOTE 0035	61,900	60,267
PH01	12162023	34,000	31,500
PH02	12172023	34,700	33,367
PH03	12182023	30,700	28,800
PH04	12192023	31,600	26,800
PH05	12202023	31,600	29,100

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 17/10/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br