

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **TTPA BIOCLIN**
Cód. Referência: **K090**
Lote: **23**
Fabricação: **03/2016**
Validade: **02/2017**
Registro ANVISA: **10269360152**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Result Esperado	Result Encontrado
SC01	BIOCONTROL COAGULAÇÃO N	38,90	36,03
SH01	2942016	34,77	37,40
SH02	2952016	30,07	29,20
SH03	2962016	31,37	32,60
SH04	2972016	44,40	45,53
SH05	2982016	28,33	28,67
SC02	BIOCONTROL COAGULAÇÃO P	> 80,00	166,10

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/04/2016


Sílvio Cordeiro de Castro – Farmacêutico Bioquímico
Controle da Qualidade



Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel +55 31 3499 5454
fax +55 31 3439 5455
www.bioclin.com.br