

## Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **UIBC AUTOMAÇÃO**  
Cód. Referência: **K211**  
Lote: **7**  
Fabricação: **07/2020**  
Validade: **01/2022**  
Registro ANVISA: **10269360321**

### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SORO CONTROLE 01          | BIOCONTROL N LOTE 0065 | 127,000            | 133,333              |
| SORO CONTROLE 02          | BIOCONTROL P LOTE 0051 | 165,000            | 170,667              |
| SORO HUMANO 01            | 8232020                | 154,333            | 163,333              |
| SORO HUMANO 02            | 8242020                | 224,667            | 227,333              |
| SORO HUMANO 03            | 8252020                | 127,333            | 137,667              |
| SORO HUMANO 04            | 8262020                | 157,667            | 166,333              |
| SORO HUMANO 05            | 8272020                | 177,667            | 184,000              |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 11/08/2020

*Barbara Cristina Gonçalves*

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade