

Certificado de Análise Controle da Qualidade

PRODUTO: **UIBC AUTOMAÇÃO**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K211**

LOTE: **9**

FABRICAÇÃO: **04/2021**

VALIDADE: **10/2022**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360321**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0068	126,000	127,500
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0052	165,000	146,333
SORO HUMANO 01	2822021	262,000	275,000
SORO HUMANO 02	2932021	182,000	180,667
SORO HUMANO 03	2952021	152,000	140,667
SORO HUMANO 04	3072021	245,000	266,500
SORO HUMANO 05	3212021	216,000	230,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/04/2021



Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

