

Certificado de Análise Controle da Qualidade

Produto: **UIBC AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K211**
Lote: **10**
Fabricação: **09/2021**
Validade: **03/2023**
Registro ANVISA: **10269360321**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0070	185,000	170,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0054	151,000	162,000
SORO HUMANO 01	9592021	473,333	482,000
SORO HUMANO 02	9602021	342,667	341,000
SORO HUMANO 03	9612021	369,667	370,333
SORO HUMANO 04	13112021	427,667	418,000
SORO HUMANO 05	13522021	384,000	403,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/10/2021



Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade