



## Certificado de Análise

### Controle da Qualidade

Produto: **UIBC AUTOMAÇÃO**  
Cód. Referência: **K211**  
Lote: **12**  
Fabricação: **08/2022**  
Validade: **02/2024**  
Registro ANVISA: **10269360321**

#### RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

| Característica Analisável | Amostra                | Resultado Esperado | Resultado Encontrado |
|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| SORO CONTROLE 01          | BIOCONTROL N LOTE 0074 | 116,000            | 118,000              |
| SORO CONTROLE 02          | BIOCONTROL P LOTE 0056 | 170,000            | 174,500              |
| SORO HUMANO 02            | 5882022                | 235,000            | 247,667              |
| SORO HUMANO 03            | 7262022                | 149,000            | 151,667              |
| SORO HUMANO 05            | 7162022                | 492,000            | 499,500              |

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 13/09/2022

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica  
Controle de Qualidade

**SAC** Serviço de  
Assessoria  
ao Cliente  
**0800 031 5454**  
sac@bioclin.com.br  
www.bioclin.com.br



Rua Teles de Menezes, 92  
Santa Branca - BH - MG  
Brasil - CEP: 31565-130  
tel 31 3499 5454  
SAC 08000315454  
www.bioclin.com.br