



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **UIBC AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K211**
Lote: **13**
Fabricação: **12/2022**
Validade: **06/2024**
Registro ANVISA: **10269360321**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0074	116,000	122,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	170,000	188,000
SORO HUMANO 01	14662022	221,000	210,333
SORO HUMANO 02	14672022	255,000	252,667
SORO HUMANO 03	14682022	155,000	148,667
SORO HUMANO 04	14692022	156,000	155,667
SORO HUMANO 05	14702022	190,000	184,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 06/01/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br