

PRODUTO: **UIBC AUTOMAÇÃO**

CÓDIGO REFERÊNCIA: **K211**

LOTE: **0014**

FABRICAÇÃO: **04/2023**

VALIDADE: **10/2024**

REGISTRO NA ANVISA: **10269360321**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

CARACTERÍSTICA ANALISÁVEL	AMOSTRA	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO ENCONTRADO
SC01	BIOCONTROL N 0077	133	136
SC02	BIOCONTROL P 0058	180	186
SH 01	3392023	505	568
SH 02	3402023	216	224
SH 03	3412023	411	478
SH 04	3422023	433	489
SH 05	3432023	260	257

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 26/04/2023

Livia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade