



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **UIBC AUTOMAÇÃO**
Cód. Referência: **K211**
Lote: **15**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **01/2025**
Registro ANVISA: **10269360321**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	120,000	123,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0059	184,000	179,667
SORO HUMANO 01	5452023	543,000	577,500
SORO HUMANO 02	7102023	406,667	445,000
SORO HUMANO 03	7272023	214,667	237,333
SORO HUMANO 04	7342023	131,333	145,000
SORO HUMANO 05	7352023	72,333	78,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 20/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br