



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **URÉIA ENZIMÁTICA**
Cód. Referência: **K047**
Lote: **92**
Fabricação: **01/2023**
Validade: **04/2024**
Registro ANVISA: **10269360101**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	31,000	29,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	157,000	142,000
SORO HUMANO 01	14952022	37,000	34,667
SORO HUMANO 02	14962022	58,000	53,000
SORO HUMANO 03	14972022	76,000	68,667
SORO HUMANO 04	14982022	37,000	34,667
SORO HUMANO 05	14992022	37,000	35,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 03/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br