



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **URÉIA ENZIMÁTICA**
Cód. Referência: **K047**
Lote: **93**
Fabricação: **04/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360101**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0077	31,000	27,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	157,000	152,000
SORO HUMANO 01	3512023	63,000	63,000
SORO HUMANO 02	3572023	56,000	59,333
SORO HUMANO 03	3632023	36,000	34,000
SORO HUMANO 04	3662023	52,000	50,000
SORO HUMANO 05	4242023	37,000	37,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 12/05/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br