



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **URÉIA UV DEDICADO**
Cód. Referência: **K056**
Lote: **86**
Fabricação: **11/2022**
Validade: **02/2024**
Registro ANVISA: **10269360068**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0075	30,000	30,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	157,000	157,000
SORO HUMANO 01	12182022	175,667	169,000
SORO HUMANO 02	12192022	33,000	33,333
SORO HUMANO 03	12212022	20,667	20,333
SORO HUMANO 04	12272022	54,667	55,000
SORO HUMANO 05	12342022	34,333	35,333

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 15/12/2022

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br