



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **URÉIA UV**
Cód. Referência: **K056**
Lote: **87**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **05/2024**
Registro ANVISA: **10269360068**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0076	30,000	30,000
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0057	157,000	159,667
SORO HUMANO 01	14952022	39,000	42,667
SORO HUMANO 02	14962022	62,000	61,333
SORO HUMANO 03	14972022	81,000	81,667
SORO HUMANO 04	14982022	39,000	40,000
SORO HUMANO 05	14992022	41,000	40,000

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 16/03/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Barbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br