



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **URÉIA UV**
Cód. Referência: **K056**
Lote: **88**
Fabricação: **06/2023**
Validade: **09/2024**
Registro ANVISA: **10269360068**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO CONTROLE 01	BIOCONTROL N LOTE 0078	30,000	31,667
SORO CONTROLE 02	BIOCONTROL P LOTE 0058	157,000	166,333
SORO HUMANO 01	7172023	90,000	91,333
SORO HUMANO 02	7182023	73,000	75,333
SORO HUMANO 03	7192023	40,000	41,333
SORO HUMANO 04	7202023	34,000	35,667
SORO HUMANO 05	7212023	21,000	21,333
SORO HUMANO 06	7222023	26,000	27,000
SORO HUMANO 07	7232023	37,000	38,333
SORO HUMANO 08	7242023	40,000	40,333
SORO HUMANO 09	7252023	40,000	41,000
SORO HUMANO 10	7262023	75,000	75,667

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 29/06/2023

Lívia Tereza de Andrade Souza – Bioquímica
Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br