



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **VDRL PRONTO PARA USO**
Cód. Referência: **K045**
Lote: **399**
Fabricação: **07/2023**
Validade: **07/2024**
Registro ANVISA: **10269360120**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO HUMANO 01	13452022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 02	13442022	Positivo	Positivo
SORO HUMANO 03	6722023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 04	6732023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 05	6752023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 06	6862023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 07	6872023	Negativo	Negativo
SORO HUMANO 08	7352023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 31/07/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br