



Certificado de Análise

Controle da Qualidade

Produto: **VETLISA BABESIA IGM**
Cód. Referência: **VET065**
Lote: **1/23**
Fabricação: **02/2023**
Validade: **02/2024**
Registro MAPA: **10.490/2022**

RESULTADOS DE ANÁLISE DO LOTE

Característica Analisável	Amostra	Resultado Esperado	Resultado Encontrado
SORO VET 01	V0112023	Positivo	Positivo
SORO VET 02	V0122023	Positivo	Positivo
SORO VET 03	V0132023	Positivo	Positivo
SORO VET 04	V0142023	Positivo	Positivo
SORO VET 05	V0152023	Positivo	Positivo
SORO VET 06	V0162023	Negativo	Negativo
SORO VET 07	V0172023	Negativo	Negativo

O Departamento de Controle da Qualidade certifica o produto descrito acima para o uso diagnóstico *in vitro*.

Data: 24/02/2023

Barbara Cristina Gonçalves

Bárbara Cristina Gonçalves – Farmacêutica

Controle de Qualidade

SAC Serviço de
Assessoria
ao Cliente
0800 031 5454
sac@bioclin.com.br
www.bioclin.com.br

19.400.787/0001-07
QUIBASA - Química Básica Ltda.
Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - CEP 31565-130
BELO HORIZONTE - MG

Rua Teles de Menezes, 92
Santa Branca - BH - MG
Brasil - CEP: 31565-130
tel 31 3499 5454
SAC 08000315454
www.bioclin.com.br